# ПАСПОРТ
# (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

## Тележка медицинская BLQ 008

Комплектация модели:

<table>
<tr><th>Комплектность модели:</th><th>Габаритные размеры, мм:</th><th>Опции:</th><th>Характеристики</th></tr>
<tr><td>BLQ 008<br>(MET TP-150):<br>2 полки, 2 ящика</td><td rowspan="3">Длина: 705<br>Ширина: 455<br>Высота: 905</td><td rowspan="3">2 полки<br>2 выдвижных ящика (опционально)<br>Пластиковое ведро (опционально)</td><td rowspan="6">Пластиковые ограждения с трёх сторон полок,<br>Выпрессованная отбортовка каждой полки,<br>Опорные колеса d = 75мм,<br>Две индивидуальных тормозных опоры,<br>Распределённая нагрузка на каждую полку: 15 кг</td></tr>
<tr><td>BLQ 008<br>(MET TP-100):<br>2 полки</td></tr>
<tr><td>BLQ 008<br>(MET TP-500):<br>2 полки, 2 ящика, ведро</td></tr>
<tr><td>BLQ 008<br>(MET TP-200):<br>3 полки</td><td>Длина: 705<br>Ширина: 455<br>Высота: 920</td><td>3 полки<br>2 выдвижных ящика (опционально)<br>Пластиковое ведро (опционально)<br>Корзина (опционально)</td></tr>
<tr><td>BLQ 008<br>(MET TP-250):<br>3 полки, 2 ящика, ведро</td><td>Длина: 705<br>Ширина: 455<br>Высота: 980</td><td>3 полки<br>2 выдвижных ящика (опционально)<br>Пластиковое ведро (опционально)<br>Корзина (опционально)</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| BLQ 008<br>(MET SPY-120):<br>2 полки, 1 ящик | Длина: 590<br>Ширина: 370<br>Высота: 900 | 2 полки<br>1 выдвижной ящик (опционально) | Пластиковые ограждения с трёх сторон полок,<br>Выпрессованная отбортовка каждой полки,<br>Опорные колеса d = 75мм,<br>Две индивидуальных тормозных опоры,<br>Распределённая нагрузка на каждую полку: 15 кг |
| BLQ 008<br>(MET SPY-130):<br>3 полки, 2 ящика, 2 ведра, корзина | Длина: 700<br>Ширина: 450<br>Высота: 910 | 3 полки<br>2 выдвижных ящика (опционально)<br>Пластиковое ведро (опционально)<br>Корзина (опционально) | |
| BLQ 008<br>(MET TP-450):<br>3 полки, 4 ведра | Длина: 620<br>Ширина: 480<br>Высота: 1000 | 3 полки<br>1 выдвижной ящик (опционально)<br>Пластиковое ведро (опционально) | Выпрессованная отбортовка каждой полки,<br>Опорные колеса d = 100мм,<br>Две индивидуальных тормозных опоры,<br>Распределённая нагрузка на верхнюю и нижнюю полку: 15 кг, среднюю полку: 5 кг |

## 1. Предназначение

Тележка медицинская, предназначена для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

## 2. Общая характеристика

Тележка состоит из:

- корпуса с боковой ручкой
- полок с выпрессованной отбортовкой и ограждениями с трёх сторон
- четырехколесной опоры, с тормозами-фиксаторами на 2 колесах

## 3. Описание

Каркас: ABS-пластик на пластиковом каркасе. Тележка установлена на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии из немаркой резины диаметром 75 мм.
Топ выполнен из объёмноформированного ABS -пластика с выпрессованой 4-сторонней отбортовкой, высокие пластиковые ограждения с трёх сторон.
Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

## 4. Упаковка, транспортировка, хранение

Тележка обернута полиэтиленовой плёнкой и упакована в картонную коробку.
Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.
Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Уход

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.
Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.
Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Сборка

Тележка поставляется в разобранном виде.
Пожалуйста, собирайте изделие в соответствии с данной инструкцией.

| | |
|---|---|
| **Шаг 1: Распаковка**<br><br>Достаньте изделие из упаковки и положите его на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на полу. | |
| **Шаг 2: Сборка П-образных каркасов для полок**<br><br>Вставьте трубки в технологические отверстия втулок. В итоге должен получиться П-образный каркас.<br>Обратите внимание, что технологические отверстия на втулках должны располагаться на одной высоте. |  |
| **Шаг 3: Установка боковой ручки и верхней полки**<br><br>Проденьте  ручку и заглушки с резьбой через втулки.<br><br>На полученную конструкцию установите полку<br>(резьба должна пройти насквозь). | |

| | |
|---|---|
| **Шаг 4: Установка трубок каркаса**<br><br>Вкрутите трубки каркаса в резьбовые соединения. |  |
| **Шаг 5: Установка соединительных муфт**<br><br>Вкрутите соединительные муфты с обратных сторон трубок каркаса. | |
| **Шаг 6: Установка нижней полки**<br><br>Наденьте П-образный каркас на трубки каркаса.<br><br>Установите вторую полку. | |
| **Шаг 7: Колеса**<br><br>Вкрутите колеса в резьбу соединительных муфт | |

| | |
|---|---|
| **Шаг 8: Установить ящики.**<br><br>Вставьте ящики в пазы под верхней полкой. | |

## 7. Гарантия

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

**Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.**
**Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.**

Покупатель: _____

Срок гарантии: 12 месяцев

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____

***Тележка медицинская BLQ 008, регистрационное удостоверение РЗН 2016/4343 от 05 июля 2016 года; гарантийный срок – 12 месяцев.***

***Производитель :«Цзянсу Юнфа Медикал Экуипмент Ко., Лтд.», Китай, Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd, Zhaofeng Industrial Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, China***

***Место производства: Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd, Changfeng village, Leyu Town, 215622 Zhangjiagang, Jiangsu Province, China***

***Сервисный центр: ООО «МЕТ»***
***142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г***
***Телефон сервисной службы: (495) 775-75-95, (495) 126-92-79***