7. Свидетельство о приемке.

Столы лабораторные с мойкой: СЛМ.01.00, СЛМ.01.01, СЛМ.02.00, СЛМ.02.01, СЛМ.02.02, СЛМ.02.03

Соответствует ТУ-9452-001-68690950-2011

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия: _____

Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.
Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail: zakaz@tdask.ru
www.tdask.ru

ООО Медицинская Компания

АСК

Паспорт

	Арт.	Наименование
	СЛМ.01.00	Стол лабораторный с мойкой
	СЛМ.01.01	Стол лабораторный с мойкой
	СЛМ.02.00	Стол лабораторный с мойкой
	СЛМ.02.01	Стол лабораторный с мойкой
	СЛМ.02.02	Стол лабораторный с мойкой
	СЛМ.02.03	Стол лабораторный с мойкой

ТУ-9452-001-68690950-2011

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

1.1. Стол предназначен для организации рабочего места в медицинских лабораториях.

1.2. Стол изготовлен из алюминиевого профиля и пластиковых панелей. Стол комплектуется мойкой из нержавеющей стали. Стол устанавливается на регулируемые опоры.

2. Основные технические характеристики.

Арт.	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
	высота	ширина	длина	
СЛМ.01.00	850	655	555	17
СЛМ.01.01	850	600	600	20
СЛМ.02.00	850	655	855	22
СЛМ.02.01	850	655	855	36
СЛМ.02.02	850	655	1200	37
СЛМ.02.03	850	655	1200	40

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)		Кол-во, шт.
3.1	Стол в сборе (ручка установлена с обратной стороны фасада)		1
3.2	Опора регулируемая и втулка	СЛМ.01.00, СЛМ.01.01, СЛМ.02.00	4
		СЛМ.02.01, СЛМ.02.02, СЛМ.02.03	6
3.3	Смеситель		1
3.4	Сифон		1
3.5	Паспорт		1
3.6	Упаковка		1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. Изделие положить аккуратно на заднюю стенку. С помощью молотка установить заглушки в ножки и ввернуть в них регулируемые опоры 3.2

4.3. С помощью крестовой отвертки установить ручку на лицевую сторону фасада.

4.4. Установить смеситель 3.3 и сифон 3.4.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.