

«АМПЛИПУЛЬС-5Бр»

АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ

Руководство по эксплуатации

ВУРИ.941519.002 РЭ



**АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТНОЙ
ФИЗИОТЕРАПИИ
«АМПЛИПУЛЬС-5 Бр»**

Руководство по эксплуатации

ВУРИ.941519.002 РЭ

ВНИМАНИЕ !

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию изделия без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	3
2 Назначение изделия	3
3 Технические данные	4
4 Состав комплекта аппарата	7
5 Устройство и принцип работы.....	9
5.1 Принцип действия	9
5.2 Конструкция	13
6 Указания мер безопасности	20
7 Подготовка к работе	21
8 Порядок работы	25
9 Техническое обслуживание	27
10 Проверка технического состояния аппарата	28
11 Текущий ремонт	41
12 Упаковка и транспортирование.....	42
13 Правила хранения	43
14 Гарантии изготовителя	43
15 Сведения о рекламациях	44
16 Свидетельство о приемке	45
17 Свидетельство об упаковывании.....	45
18 Учет работы.....	46
Приложение А Сведения о содержании драгоценных материалов	49
Приложение Б Сведения о содержании цветных металлов	50
Гарантийный талон	55

Завод-изготовитель
ООО «НПФ «Электроаппарат»
241007, г. Брянск,
ул. Вали Сафроновой, 56а,
Телефон 64-79-08

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТ-
НОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ «АМПЛИПУЛЬС-5 Бр» _____

_____ ТУ 9444-002-08840745-2006 _____

(номер ГОСТ или ТУ)

Номер и дата выпуска _____

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобрел _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____

(дата и подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя
учреждения-владельца

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения аппарата низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр», в дальнейшем «аппарат», и содержит описание его устройства, принципа действия, технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования), транспортирования и хранения.

2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр» обеспечивает лечебное воздействие модулированными синусоидальными токами звуковой частоты. Аппарат предназначен для применения в физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений.

ВНИМАНИЕ! Аппарат противопоказан лицам с имплантированным кардиостимулятором.

2.2 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 10 до 35°C;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст);
- напряжение питающей сети (220±22) В частотой 50 Гц.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Аппарат обеспечивает следующие виды лечебного воздействия (род работы):

- «1» – непрерывное воздействие током несущей частоты с возможностью выбора различных коэффициентов модуляции и модулирующей частоты;

- «2» – прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с паузой;

- «3» – непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты

- «4» – непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц;

- «5» – прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц и паузой.

3.2 Частота несущих колебаний синусоидальной формы (5000±100) Гц.

3.3 Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы устанавливается дискретно и принимает значения: 10, 20, 30, 50, 80, 100 и 150 Гц.

3.4 Относительная погрешность установки частоты модулирующих колебаний не более ±10 %.

3.5 Коэффициент модуляции устанавливается дискретно и принимает значения 0; 25; 50; 75; 100 % и более 100 % (режим перемодуляции).

Абсолютная погрешность установки коэффициента модуляции в диапазоне от 25 до 100 % составляет ±15 %, а в режиме пере-

Завод-изготовитель
ООО «НПФ «Электроаппарат»
241007, г. Брянск,
ул. Вали Сафроновой, 56а,
Телефон 64-79-08

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТ-
НОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ «АМПЛИПУЛЬС-5 Бр» _____

ТУ 9444-002-08840745-2006 _____

(номер ГОСТ или ТУ)

Номер и дата выпуска _____

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобрел _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____

(дата и подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя
учреждения-владельца

модуляции паузы составляют от 20 до 40 % от периода модулирующего напряжения.

3.6 Длительность серий и пауз (чередование видов тока) для рода работы «2» устанавливается дискретно в соотношениях: 1:1,5; 2:3; 4:6 с.

Для рода работы «5» соотношение длительностей двух модулированных серий устанавливается таким же, а длительность суммы двух серий и длительность паузы составляют 2,5; 5 и 10 с.

Погрешность длительности серий и пауз не более $\pm 10\%$.

3.7 Время нарастания и спада тока в сериях для рода работы «2» и «5» составляет (200 ± 20) ; (400 ± 40) и (800 ± 80) мс при установленных длительностях серий и пауз 1:1,5; 2:3 и 4:6 с соответственно.

3.8 Аппарат обеспечивает регулировку тока пациента от 0 до 100 мА на активной нагрузке (250 ± 50) Ом и до 30 мА на нагрузке $(1\pm 0,1)$ кОм при коэффициенте модуляции 100 %, при этом максимальное значение установленного тока пациента на нагрузке 300 Ом при нормальных условиях отличается от номинального не более, чем на $\pm 10\%$.

3.9 Ток пациента устанавливается плавно в трех диапазонах:

0 – 10 мА; 0 – 20 мА; 0 – 100 мА.

3.10 В аппарате обеспечивается блокировка переключения диапазонов тока пациента при введенном регуляторе тока.

3.11 Измерение среднеквадратического значения тока пациента производится внутренним цифровым измерителем тока, при этом погрешность установки тока при роде работы «1» и «4» не превышает:

- в диапазоне 0-10 мА и 0-20 мА - $\pm (1 \text{ мА} + 0,05 \cdot I_{\text{н}})$;

- в диапазоне 0-100 мА - $\pm (1 \text{ мА} + 0,1 \cdot I_{\text{н}})$,

где $I_{\text{н}}$ – установленное значение тока пациента, мА.

3.12 Процедурный таймер аппарата индицирует устанавливаемое и оставшееся время процедуры в пределах от 1 до 99 мин, а по истечении установленного времени процедуры выдает звуковой сигнал и производит автоматическое выключение тока пациента с

блокировкой выключенного состояния при введенном регуляторе тока.

3.13 Точность отсчета времени процедуры ± 2 с в минуту. Запаздывание автоматического выключения тока пациента относительно звукового сигнала - не более 15 с.

3.14 Аппарат выдерживает без нарушения работоспособности короткое замыкание цепи пациента в течение 10 мин.

3.15 Аппарат обеспечивает свои технические характеристики по истечении времени установления рабочего режима, равного 1 мин.

3.16 Аппарат обеспечивает продолжительную работу в рабочих условиях применения.

3.17 Аппарат сохраняет свои технические характеристики при питании его от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В частотой 50 Гц.

3.18 Мощность, потребляемая аппаратом от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 30 В·А.

3.19 Средняя наработка на отказ T_0 - не менее 4000 ч.

Критерий отказа – состояние аппарата, при котором он не удовлетворяет требованиям любого из пп. 3.1 – 3.13.

3.20 Средний срок службы Тсл - не менее 4 лет.

Критерий предельного состояния:

- неустранимое нарушение требований безопасности;
- невозможность или нецелесообразность восстановления аппарата на соответствие пп.3.1 – 3.13.

3.21 Габаритные размеры не более:

- аппарата – 280x290x120 мм;

- упаковки для аппарата и принадлежностей - 290x310x160 мм.

3.22 Масса не более:

- аппарата – 2,8 кг;

- аппарата с комплектом принадлежностей в упаковке – 4,0 кг.

Завод-изготовитель

ООО «НПФ «Электроаппарат»

241007, г. Брянск,

ул. Вали Сафроновой, 56а,

Телефон 64-79-08

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТ-
НОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ «АМПЛИПУЛЬС-5 Бр» _____

_____ ТУ 9444-002-08840745-2006 _____

(номер ГОСТ или ТУ)

Номер и дата выпуска _____

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобрел _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____

(дата и подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя
учреждения-владельца

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица Б.1

Обозначение	Наименование	Кол-во	Наименование цветного металла	Масса, кг		Примечание
				в 1 шт.	в изделии	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Алюминий</u>						
757300.001	Электрод	2	Фольга ДПРХМ 0,1 НД А7 ГОСТ 618-73	0,024	0,048	
757300.002	Электрод	2	Фольга ДПРХМ 0,1 НД А7 ГОСТ 618-73	0,014	0,028	
757300.003	Электрод	2	Фольга ДПРХМ 0,1 НД А7 ГОСТ 618-73	0,0125	0,0250	
757300.004	Электрод	2	Фольга ДПРХМ 0,1 НД А7 ГОСТ 618-73	0,0081	0,0162	
757300.005	Электрод	2	Фольга ДПРХМ 0,1 НД А7 ГОСТ 618-73	0,0049	0,0098	
741124.058	Пластина	1	АМцН2-4,0 ГОСТ 21631-76	0,005	0,005	
741124.059	Пластина	1	АМцН2-4,0 ГОСТ 21631-76	0,0043	0,0043	
752695.005	Радиатор	1	АМцН2-4,0 ГОСТ 21631-76	0,280	0,280	
<u>Бронза</u>						
7.730.203	Пружина	4	Лента Бр Б2 Т0,3х250-Н ГОСТ 1789-70	0,003	0,012	
<u>Латунь</u>						
7.732.057	Контакт	2	ЛС59-1 Т. Кр .НМ 5,0 ГОСТ 2060-90	0,0035	0,0070	
7.732.070	Контакт	2	ЛС59-1 Т. Н ПТ 5,5 ГОСТ 2060-90	0,0035	0,0070	
757471.040	Штырь	2	ЛС59-1АВ ДКРВТ 4,0 НД ГОСТ 2060-90	0,0025	0,0050	

4 СОСТАВ КОМПЛЕКТА АППАРАТА

4.1 Состав комплекта аппарата приведен в таблицах 4.1 - 4.2

Таблица 4.1

Наименование, тип	Обозначение	Кол.	Примечание
Коробка, в ней:	ВУРИ.323229.074-01	1	
а) аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5Бр»	ВУРИ.941519.002	1	
б) комплект принадлежностей с алюминиевыми электродами (таблица 4.2)		1	
в) руководство по эксплуатации	ВУРИ.941519.002 РЭ	1	

*

Таблица 4.2. Комплект принадлежностей с алюминиевыми электродами

Наименование, тип	Обозначение	Кол.	Примечание
1 Подушка*	EX6.878.001	2	90x270мм
2 Подушка*	EX6.878.002	2	170x220мм
3 Подушка	EX6.878.003	2	120x170мм
4 Подушка	EX6.878.004	2	100x145мм
5 Подушка	EX6.878.005	2	80x120мм
6 Электрод пластинчатый*	УИВР.757300.001	2	150x200x0,3мм
7 Электрод пластинчатый*	УИВР.757300.002	2	70x250x0,3мм
8 Электрод пластинчатый	УИВР.757300.003	2	100x150x0,3мм
9 Электрод пластинчатый	УИВР.757300.004	2	80x125x0,3мм
10 Электрод пластинчатый	УИВР.757300.005	2	60x100x0,3мм
11 Кабель	EX4.853.287	1	Для присоединения пластинчатых электродов

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица А.1

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса, в 1 шт., г.	Масса в изделии, г.	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Золото</u>								
Транзистор	КТ644Б	468733.006 941519.002	2 1	3	0,00466	0,01398		
Транзистор	КТ3102Б	468733.006	2	2	0,0008678	0,0017356		
Транзистор	КТ818В	941519.002	2	2	0,009933	0,019866		
Всего:						0,0355816		
<u>Серебро</u>								
Гнездо	Г4.0	941519.002	4	4	0,04253	0,17012		
Резистор	С2-29-0,5	4.793.050	1	1	0,005223	0,005223		
Резистор	СП3-19а	468733.006	2	2	0,018	0,036		
Штепсель	Ш4,0	305646.036-01	6	6	0,102	0,612		
Всего:						0,823343		

*Поставляется при указании и договоре

Продолжение таблицы 18.2

Месяц	20 г.			20 г.			20 г.		
	количество часов		подпись	количество часов		подпись	количество часов		подпись
	за месяц	с начала эксплуатации		за месяц	с начала эксплуатации		за месяц	с начала эксплуатации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
ИТОГО									

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Принцип действия

5.1.1 Электрическая схема аппарата приведена на рисунке 5.1.

Схема аппарата состоит из следующих основных функциональных узлов:

- микроконтроллера;
- блока управления и индикации;
- усилителя мощности и источника питания;
- коммутатора режимов.

*




Рисунок 5.1 - Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс - 5 Бр»
 Схема электрическая принципиальная

Таблица 18.2

Месяц	20 г.		подпись	20 г.		подпись	20 г.		подпись
	количество часов			количество часов			количество часов		
	за месяц	с начала эксплуатации		за месяц	с начала эксплуатации		за месяц	с начала эксплуатации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
ИТОГО									

18 УЧЕТ РАБОТЫ

Таблица 18.1

Дата	Цель включения в работу	Источник питания	Время включения	Время выключения	Продолжительность работы

-

5.1.2 Микроконтроллер вырабатывает выходные сигналы заданной формы, выдает сигналы на окончание лечебных процедур, вырабатывает все необходимые сигналы управления.

Блок управления и индикации содержит индикатор процедурного таймера, индикатор тока пациента, светодиодные индикаторы режимов работы, а также кнопки управления режимами.

По индикатору процедурного таймера производится отсчет времени от начала процедуры, а по истечении времени процедуры микроконтроллер вырабатывает звуковой сигнал и автоматически выключает ток пациента.

5.1.3 Формы выходных напряжений (тока пациента) при различных видах воздействия (режимах рода работы) приведены на рисунке 5.2, где:

1 – непрерывное воздействие амплитудно-модулированных токов несущей частоты;

2 – прерывистое воздействие серии модулированных колебаний, чередующихся с паузой;

3 – непрерывное воздействие серии модулированных колебаний, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты;

4 – непрерывное воздействие серии модулированных колебаний с одной из возможных частот модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц;

5 – прерывистое воздействие серии модулированных колебаний с одной из возможных частот модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц и паузой;

6 – выпрямленный режим положительной полярности одного из воздействий;

7 – выпрямленный режим отрицательной полярности одного из воздействий.




Рисунок 5.2-Форма выходных напряжений аппарата низкочастотной физиотерапии « Амплипульс-5 Бр»

5.1.4 Выходная нагрузочная характеристика аппарата представлена на рисунке 5.3




Рисунок 5.3 – Нагрузочная характеристика аппарата низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр»

16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5Бр» заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 9444-002-08840745-2006 и признан годным для эксплуатации. (номер технических условий)

Дата выпуска _____

М.П.

Представитель ОТК _____
(подпись)

17 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр» заводской номер _____ упакован предприятием _____ согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

М.П.

Аппарат после упаковки принял _____
(подпись)

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

15.1 В случае отказа аппарата или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец аппарата должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому должен прибыть представитель завода или предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, номер телефона, дефектную ведомость, гарантийный талон.

15.2 Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице 15.1

Таблица 15.1

Дата отказа, возникновения неисправности	Количество часов работы аппарата до возникновения отказа или неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации	Меры принятые по рекламациям	Примечание

5.2 Конструкция

5.2.1 Аппарат «Амплипульс-5Бр» выполнен в малогабаритном настольно-переносном корпусе из изолированного материала (пластика)

Корпус аппарата сборный - состоит из дна, крышки, двух боковых стенок, задней и лицевой панелей. Внешний вид аппарата приведен на рисунке 5.4.

Для удобства работы у аппарата имеются две передние выдвижные ножки, которые обеспечивают при необходимости угол наклона лицевой панели.

На лицевой панели аппарата расположены элементы цепи пациента (гнезда для подключения кабеля с электродами к пациенту), резистор регулировки тока пациента.

Все органы управления и индикации расположены на плате управления и индикации, которая установлена параллельно лицевой панели. На плате управления и индикации установлена также плата микроконтроллера.

На дне аппарата установлена печатная плата, на которой расположены блок усилителя мощности и источников питания.

Выходные транзисторы установлены на радиаторе, который закреплен параллельно задней панели аппарата.

На задней панели расположены сетевой выключатель и гнезда для контроля длительности серий и пауз.

Для разборки аппарата необходимо снять заглушки на крышке, скрывающие винты, отвернуть четыре винта, крепящие дно к крышке, снять крышку, при этом открывается доступ ко всем элементам схемы. Сборка аппарата производится в обратном порядке.




Рисунок 5.4 - Внешний вид аппарата низкочастотной физиотерапии «Амплипульс - 5 Бр»

13 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

13.1 Аппараты, поступающие на склад потребителя, хранятся в упакованном виде.

13.2 Условия хранения в отапливаемом хранилище:

- температура воздуха от 10 до 35°C;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C.

Условия хранения в неотапливаемом хранилище:

- температура воздуха от минус 50 до 50°C;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 20°C.

13.3 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых аппаратов требованиям технических условий на них при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода аппарата в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

14.3 В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет аппарат и его части по предъявлении гарантийного талона

12 УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1 Упаковка аппарата и комплекта принадлежностей при транспортировании производится в следующей последовательности.

На переднюю панель аппарата установить вставку из гофрированного картона. На аппарат одеть чехол. На дно транспортной тары (коробки) уложить руководство по эксплуатации в чехле, затем в коробку поместить аппарат. На аппарат уложить комплект принадлежностей в чехлах. Заклеить коробку скотчем.

12.2 При отправке аппарата в ремонт и на проверку допускается транспортировать его в упаковке изготовителя.

12.3 Транспортировать аппараты, упакованные в соответствии с подразделом 12.1, разрешается всеми видами крытого транспорта.

При транспортировании воздушным транспортом аппараты должны размещаться в герметизированных отсеках.

Транспортирование допускается при температуре окружающего воздуха от минус 50° С до 50°С и относительной влажности воздуха до 100%.

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли. Не допускается кантование аппарата. Должна быть исключена возможность смещения и соударения ящиков.

При необходимости транспортирования аппарата в процессе эксплуатации вторичная упаковка производится в соответствии с п.12.1.

5.2.2 Расположение органов управления, подключения и индикации

Органы управления и подключения расположены на передней панели и задней стенке аппарата.

Внешний вид передней панели приведен на рисунке 5.5.

Внешний вид задней стенки приведен на рисунке 5.6.

На передней панели аппарата расположены следующие органы управления, индикации и подключения:

1, 2, 3, 30, 31, 32 – светоизлучающие индикаторы – индикация включенного значения коэффициента модуляции в %;

4 – цифровое табло, отображающее установленное время процедуры;

5 – кнопка «x10» – установка десятков минут времени процедуры;

6, 22, 23, 24, 26, 27, 28 – светоизлучающие индикаторы – индикация включенного значения частоты модуляции;

7 – кнопка «x1» – установка единиц минут времени процедуры;

8, 9, 10 – светоизлучающие индикаторы – индикация включенного значения длительности серий и пауз;

11 – цифровое табло «mA» – индикация величины установленного тока пациента;

12, 13, 14 – светоизлучающие индикаторы – индикация включенного диапазона тока пациента;


15 – светоизлучающий индикатор – индикация подключения пациента;

16 – кнопка ЭЛЕКТРОДЫ-КОНТРОЛЬ – подключение цепи пациента;

17 – выходной разъем (2 гнезда) аппарата – подключение кабеля цепи пациента;



18 – кнопочный переключатель РЕЖИМ – выбор режима воздействия;

19 – кнопка ТОК ПАЦИЕНТА – установка диапазона тока пациента;

20 – ручка «  » – регулятор тока пациента;

- 21 – кнопка ДЛИТЕЛЬНОСТЬ S – установка длительности серий и пауз;
- 25 – кнопка ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ Hz – установка частоты модуляции;
- 29 – кнопка МОДУЛЯЦИЯ % – установка коэффициента модуляции;
- 33 – кнопка РОД РАБОТЫ – установка видов воздействия;
- 34, 35, 36, 37, 38 – светоизлучающие индикаторы – индикация включенного рода работы;
- 39 – кнопка ПУСК – начало отсчета времени процедуры.
СБРОС

На задней стенке аппарата расположены следующие органы управления и подсоединения:

- 1 – клавиша СЕТЬ – включение сети «  »;
- 2, 3 – гнезда «1», «2» () для контроля длительности серии и пауз.

5.2.3 Комплект запасного имущества.

Схема упаковки аппарата и комплекта принадлежностей приведена на рисунке 5.7.

1 - электроды УИВР.757300.001 -2 шт., УИВР.757300.003 – 2 шт. и подушки к ним ЕХ6.878.002 -2 шт., ЕХ6.878.003 -2 шт. (электроды углеграфитовые ВУРИ.943133.001-01 - 2шт.* , ВУРИ.943133.001- 02 - 2 шт. *);

2 - электроды УИВР.757300.002 - 2 шт., УИВР.757300.004 - 2 шт. и подушки к ним ЕХ6.878.001 - 2 шт., ЕХ6.878.004 - 2 шт., (электроды углеграфитовые ВУРИ.943133.001 - 2шт. * , ВУРИ.943133.001-03 – 2 шт. *);

3- электроды УИВР.757300.005 - 2 шт. и подушки к ним ЕХ6.878.005 - 2шт (электроды углеграфитовые ВУРИ.943133.001-04 - 2 шт. *);

11 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

11.1 Общие указания

11.1.1 Текущий ремонт проводится в случае отказа аппарата с целью восстановления его работоспособности.

11.1.2 По истечении гарантийного срока текущий ремонт проводится заводом-изготовителем или специализированными фирмами, имеющими лицензию на данный вид деятельности и заключившими договор с изготовителем.

где U_1 – исходное значение напряжения, В (устанавливается регулятором тока пациента величиной не более 1В);

U_n – значение напряжения в ходе испытаний, В (наблюдается в течение времени не менее 1 мин.)

R_n – сопротивление нагрузки в измерительном устройстве, кОм (R_1).

Результаты проверки считают удовлетворительными, если ток утечки на корпус в нормальном состоянии не превышает 0,1 мА, при единичном нарушении - 0,5 мА, ток утечки на пациента - 0,1 мА и 0,5 мА соответственно, а дополнительный ток в цепи пациента в нормальном состоянии не превышает 0,5 мА и 2,5 мА - при единичном нарушении.

10.5 Оформление результатов проверки

Результаты проверки оформляют путем записи результатов проверки в журнал. Аппараты, не прошедшие проверку (имеющие отрицательные результаты проверки), запрещаются в обращение и к применению.




Рисунок 5.5 - Внешний вид передней панели аппарата низкочастотной физиотерапии «Амплипульс - 5 Бр»


4- пластины контактные ВУРИ.745532.004 – 2 шт.*;

5 - кабель «4.853.287» (кабель ВУРИ.685612.028*).

* При поставке комплекта принадлежностей с углеродистыми электродами вместо комплекта принадлежностей с алюминиевыми электродами.



Рисунок 5.6 - Внешний вид задней стенки аппарата низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5Бр»



R1 – резистор 1 кОм ±1 %

R2 – резистор 10 кОм ±5 %

P1 – вольтметр Э533

P2 – вольтметр В3-40

C1 – конденсатор К73-9-100 В-0,15 мкФ ±5 %

ИУ – измерительное устройство

Рисунок 10.4 – Схема подключения приборов для измерения токов утечки

Проверяемый аппарат должен быть надежно изолирован от земли. Измерение токов утечки и дополнительного тока в цепи пациента необходимо производить только при напряжении питания равном 242В.

Величина дополнительного тока в цепи пациента $I_{доп}$, мА, определяется по формуле:

$$I_{доп} = \frac{U_1 - U_n}{R_n} \quad (10.5)$$

Погрешность установки тока пациента $\Delta \delta I_n$, в процентах, определяют по формуле

$$\Delta \delta I_n = I_n - \frac{U}{R_{\text{изм}}}, \quad (10.4)$$

где U – напряжение на измерительном резисторе, мВ;
 I_n – установленное значение тока пациента, мА;
 $R_{\text{изм}}$ – величина измерительного резистора, Ом.

Проверяют погрешность установки тока пациента при коэффициентах модуляции 50 и 100 % при установленном токе пациента 50 мА. Результаты проверки считают удовлетворительными, если погрешность установки тока не превышает заданной.

10.4.4 Проверка электробезопасности

Схема измерения токов утечки приведена на рисунке 10.4, где пунктиром указана цепь для измерения тока утечки на пациента.

Измерение тока утечки на корпус и на пациента и дополнительного тока в цепи пациента в нормальном состоянии производится при включенном положении выключателя S1, а в условиях единичного нарушения – при отключенном положении выключателя S1 (в каждом случае при установке переключателя S2 поочередно в оба положения).

При измерении токов утечки гнезда «+» и «-» аппарата должны быть замкнуты накоротко. При измерении дополнительного тока в цепи пациента измерительное устройство отсоединяется и включается между гнездами «+» и «-» аппарата.

Выключатель СЕТЬ аппарата должен находиться во включенном положении (I).

Разделительный трансформатор Т1 с регулируемым выходным напряжением может быть заменен разделительным трансформатором с постоянным выходным напряжением, питаемым от автотрансформатора. Вместо трансформатора Т1 допускается применение автотрансформатора или непосредственное питание от сети. В этих случаях должно быть использовано фазное напряжение трехфазной сети с заземленной нейтралью.





Рисунок 5.7 - Схема упаковки аппарата и комплекта принадлежностей

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При работе с аппаратом необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности при работе с электроустановками.

6.2 По электробезопасности прибор соответствует классу защиты II, тип защиты ВФ ГОСТ Р 50267.0-92.

6.3 **ВНИМАНИЕ!** Около выхода аппарата нанесен знак  предупреждающий о том, что выходной сигнал превышает 10 мА.

Плотность тока превышает 2 мА/см² на электродах диаметром 44 мм при выходном токе более 30 мА, на электродах диаметром 20 мм при выходном токе более 6,3 мА, на электродах диаметром 12 мм при выходном токе более 2,2 мА.

Одновременное подключение ПАЦИЕНТА к высокочастотному электрохирургическому АППАРАТУ может привести к ожогам в месте нахождения электродов и возможному повреждению данного аппарата.

Работа вблизи (на расстоянии до 1 метра) АППАРАТА для коротковолновой или микроволновой терапии может привести к нестабильности на выходе данного аппарата.

Оберегать корпус аппарата от ударов и попадания жидкости. Следить за состоянием сетевого шнура!

6.4 Включение аппарата для регулировки и ремонта со снятыми крышками разрешается только лицам, прошедшим соответствующий инструктаж.


6.5 При ремонте аппарата не допускать соприкосновения с токонесущими элементами, так как в аппарате имеется переменное напряжение 220 В. Все остальные напряжения, питающие схему аппарата, опасности для оператора не представляют.


6.6 Ремонтировать аппарат могут лица, имеющие доступ к работе с напряжением до 1000 В.

6.7 Пожаробезопасность аппарата обеспечена его конструкцией и соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92.

При эксплуатации аппарата специальных мер пожарной безопасности не требуется.


10.4.3.5 Определение погрешности установки тока пациента проводят по схеме, представленной на рисунке 10.3, при установке следующего режима работы аппарата:


- РОД РАБОТЫ – «1»;
- МОДУЛЯЦИЯ % – «100»;
- ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ Hz – «80»;
- диапазон тока пациента – «10»;
- РЕЖИМ «  ».




$R_i - 10 \text{ Ом} \pm 1 \%$;
 $R_n - 240 \text{ Ом} \pm 1 \%$

Рисунок 10.3 – Схема подключения приборов для определения относительной погрешности установки тока пациента

Последовательно устанавливают на цифровом табло «mA» с помощью регулятора тока пациента «  » следующие значения: 01.0 ; 02.0 ; 05.0 ; 10.0, измеряя при этом напряжение на измерительном резисторе микровольтметром ВЗ-57.

Устанавливают регулятор тока пациента «  » в крайнее левое положение.

Устанавливают диапазон тока пациента «100».

Последовательно устанавливают на цифровом табло «mA» с помощью регулятора тока пациента «  » следующие значения : 005; 010; 025; 050; 100, измеряя при этом напряжение на измерительном резисторе микровольтметром ВЗ-57.




Рисунок 10.2 – Схема подключения приборов для определения относительной погрешности длительности серии и пауз

выходного напряжения аппарата.

Измерение соответствующих интервалов времени проводят частотомером ЧЗ-54: для этого устанавливают тумблер входа «В» частотомера в положение «┌», а тумблер входа «Г» – в положение «└» и проводят измерение длительности серии, затем переводят тумблеры входов «В» и «Г» в противоположные положения проводят измерение длительности паузы.

Проводят аналогичные измерения при длительности «2:3» и «4:6».

Устанавливают РОД РАБОТЫ – «5» и проводят измерение длительности серии и паузы при длительности «2:3».

Результаты проверки считают удовлетворительными, если погрешность длительности серий и пауз не превышает $\pm 10\%$.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Если аппарат внесен в помещение после пребывания в условиях отрицательных температур, перед включением его необходимо выдержать в нормальных условиях в течение 4 ч.

7.2 Перед началом эксплуатации аппарата:

1) следует проверить:



- комплектность согласно таблицам 4.1–4.3;
- сохранность пломб;
- отсутствие видимых механических повреждений;
- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, плавность вращения ручки регулировки тока пациента;
- чистоту гнезд и разъемов;


2) разместить аппарат на рабочем месте, обеспечив удобство работы и условия естественной вентиляции.

7.3 Провести дезинфекцию наружных поверхностей аппарата и электродов протиранием их тампоном, смоченным 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5-процентного моющего средства типа «Лотос», а затем тампоном, смоченным 1-процентным раствором хлорамина. Тампоны должны быть отжаты.


7.4 До включения аппарата необходимо ознакомиться с разделами 1-8 настоящего руководства.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с расположением органов управления и контроля на передней панели аппарата и их назначением.

7.5 Проверить работоспособность аппарата. Для этого установить регулятор тока пациента «» в крайнее левое положение, установить кнопку ЭЛЕКТРОДЫ-КОНТРОЛЬ в положение «» (отжата).

Нажать кнопку «» переключателя РЕЖИМ.

Подсоединить шнур питания к питающей сети.

7.5.1 Клавишу выключателя СЕТЬ установить в положение (), при этом должны светиться следующие индикаторы:

- РОД РАБОТЫ – «1»;


- МОДУЛЯЦИЯ % – «0»;
- ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ Hz – «10»;
- ДЛИТЕЛЬНОСТЬ S – «1:1,5»;
- ТОК ПАЦИЕНТА – «10»;
- показание цифрового табло «mA» – «00,0»; (00,0÷00,2);
- показание цифрового табло индикации времени процедуры - «00».

7.5.2 Нажать кнопку РОД РАБОТЫ и, удерживая ее нажатой, убедиться, что происходит последовательное переключение рода работ, о чем будет свидетельствовать последовательный подсвет светоизлучающих индикаторов «1, 2, 3, 4, 5»; убедиться, что при мгновенном отпускании кнопки, сразу после подсвета индикатора, индицирующего номер желаемого выбранного рода работ, происходит фиксация выбранного рода работ.

Установить с помощью кнопки РОД РАБОТЫ – «1».

Аналогичным образом проверить и убедиться в нормальном функционировании кнопок и индикаторов:

- МОДУЛЯЦИЯ % - «0»; «25»; «50»; «75»; «100»; «>100»;
- ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ Hz - «10»; «20»; «30»; «50»; «80»; «100»; «150»;
- ДЛИТЕЛЬНОСТЬ S - «1:1,5»; «2:3»; «4:6».

7.5.3 Установить с помощью кнопки ТОК ПАЦИЕНТА диапазон тока пациента – «100». Вращая ручку регулятора тока пациента «  », установить показание цифрового табло «mA», равное «010», с помощью кнопки МОДУЛЯЦИЯ % установить коэффициент модуляции «100», при этом показание цифрового табло «mA» должно измениться и стать «012-013». Установить с помощью кнопки ДЛИТЕЛЬНОСТЬ S длительность серий и пауз «2:3», установить с помощью кнопки РОД РАБОТЫ – «3» и убедиться, что происходит автоматическое чередование подсвета индикаторов «100» и «0» с одновременным чередованием показаний цифрового табло «mA» «013» и «010». Установить с помощью кнопки ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ Hz- «20», а с помощью кнопки РОД РАБОТЫ - «4» и убедиться, что происходит автоматическое

Погрешность коэффициента модуляции $\Delta K_{\text{мод}}$ в процентах определяется по формуле


$$\Delta K_{\text{мод}} = K_{\text{мод}} - K_{\text{мод изм}}, \quad (10.3)$$

где $K_{\text{мод}}$ – дискретное значение коэффициента модуляции;
 $K_{\text{мод изм}}$ – измеренное значение коэффициента модуляции.

Аналогично проверяют коэффициент модуляции при установленных коэффициентах модуляции 50, 75 и 100 %. Результаты проверки считают удовлетворительными, если абсолютная погрешность установки коэффициента модуляции не превышает $\pm 15\%$.

10.4.3.4 Определение относительной погрешности длительности серий и пауз проводят путем измерения временных интервалов, соответствующих длительности серии и паузы между сериями.

Для этого подключают измерительные приборы по схеме, приведенной на рисунке 10.2, устанавливают следующий режим:

- РОД РАБОТЫ - «1»;
- МОДУЛЯЦИЯ % - «0»;
- ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ Hz - «100»;
- диапазон тока пациента - «100»;
- ДЛИТЕЛЬНОСТЬ S – «1:1,5»;
- показания цифрового табло «mA» – «50 »;
- РЕЖИМ «  »

Устанавливают РОД РАБОТЫ – «2».

В осциллографе С1-96 устанавливают режим синхронизации – от У1, чувствительность усилителей У1 и УП такой, чтобы размер изображения исследуемого сигнала был 20-30 мм, развертку-ждущую. Скорость развертки устанавливают такой, чтобы на экране по каналу У1 наблюдалось не менее одного периода напряжения прямоугольной формы, соответствующего длительности серии и паузы, а по каналу УП - выходное напряжение аппарата в виде серии колебаний несущей частоты с линейным нарастанием и спадом.

Убеждаются, что длительность серии и паузы напряжения прямоугольной формы соответствуют длительности серии и паузы




Рисунок 10.1 – Схема подключения приборов для определения относительной погрешности установки дискретных значений частоты модулирующего напряжения.

- РЕЖИМ - « $\# \# \#$ »;
- ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ Hz- «80»;
- МОДУЛЯЦИЯ % - «25».

Устанавливают на цифровом табло «mA» ток, равный 50 mA.

Чувствительность осциллографа устанавливают такой, чтобы максимальный размах модулированного напряжения на экране был 80 делений, и измеряют минимальный размах.

Коэффициент модуляции $K_{\text{мод}}$ в процентах определяют по формуле

$$K_{\text{мод}} = \frac{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}}{A_{\text{max}} + A_{\text{min}}} \cdot 100, \quad (10.2)$$

где A_{max} – максимальный размах сигнала, делений;
 A_{min} – минимальный размах сигнала, делений.

чередование подсвета индикаторов «20» и «150», а показание цифрового табло «mA» станет неизменным.

Установить с помощью кнопки РОД РАБОТЫ – «5» и убедиться, что происходит чередование показаний цифрового табло «mA» «012-013» и «000».

7.5.4 Нажать кнопку ТОК ПАЦИЕНТА и убедиться, что при установленном токе (введенном регуляторе тока пациента) переключение диапазонов тока не происходит. Установить с помощью кнопки РОД РАБОТЫ – «1».

7.5.5 Нажать кнопку «УСТАНОВКА x1» и, удерживая ее нажатой, убедиться, что происходит последовательное изменение цифр разряда единиц на цифровом табло индикации времени процедуры, а при отпускании этой кнопки происходит фиксация (запоминание) выбранной цифры. Аналогично проверить правильность функционирования кнопки «УСТАНОВКА x10» и цифр разряда десятков цифрового табло индикации времени процедуры.


Установить с помощью кнопок «УСТАНОВКА x1», «x10» показание цифрового табло индикации времени процедуры, равное «02», нажать кнопку ПУСК СБРОС и убедиться, что на цифровом табло индикации времени процедуры вспыхивают обе запятые, а по истечении одной минуты показание на цифровом табло индикации времени процедуры уменьшится на единицу. После истечения еще одной минуты аппарат должен выдать прерывистый звуковой сигнал, показание цифрового табло индикации времени процедуры должно стать 00, а показание цифрового табло «mA» – 000.



Вращая ручку регулятора тока « \triangleleft », убедиться, что регулировка (установка) тока пациента стала невозможной. Установить ручку регулятора тока « \triangleleft » в крайнее левое положение, а затем, вращая ее вправо, убедиться по показаниям цифрового табло «mA», что ток пациента снова устанавливается.



Установить ток пациента 10 mA, а затем установить ручку регулятора тока « \triangleleft » в крайнее левое положение.

7.5.6 Подключить к выходным гнездам «+» и «-» аппарата кабель «4.853.287». К пружинам кабеля подсоединить два пластинчатых


электрода «005». Между пластинчатыми электродами положить тщательно смоченную подходящую по размерам подушечку так, чтобы электроды или пружины кабеля не соприкасались непосредственно друг с другом. Положить электроды с подушечкой на клеенку или другой влагонепроницаемый изоляционный материал, прижать верхний пластичный электрод к подушечке мешочком с песком или другим грузом.

Нажать кнопку ЭЛЕКТРОДЫ - КОНТРОЛЬ и убедиться, что индикатор ЭЛЕКТРОДЫ светится. Вращая ручку регулятора тока пациента «  », убедиться по показаниям цифрового табло « mA », что ток пациента регулируется.


Аналогично проверить возможность установки (регулировки) тока пациента при нажатой кнопке «  » переключателя РЕЖИМ и кнопке «  ».

Установить регулятор тока «  » в крайнее левое положение, установить кнопку ЭЛЕКТРОДЫ – КОНТРОЛЬ в положение «  » отключить пластинчатые электроды от пружин кабеля, отключить кабель от выходного разъема аппарата. Выключить аппарат и отсоединить шнур питания от сети питания.

Примечание - При поставке комплекта принадлежностей с углеродистыми электродами вместо комплекта принадлежностей с алюминиевыми электродами подключить к выходным гнездам «+» и «-» аппарата вместо кабеля «4.853.287» кабель «028» с присоединенными к гнездам кабеля пластинами контактными. Присоединить пластины контактные кабеля к двум тщательно смоченным углеродистым электродам. Приложить электроды друг к другу фланелевой тканью так, чтобы контактные пластины не соприкасались непосредственно друг с другом. Положить электроды на клеенку или другой влагонепроницаемый изоляционный материал, прижав верхний электрод к нижнему мешочком с песком или другим грузом. Дальнейшие операции проводить как указано выше.

«100», после чего регулятором тока пациента «  » выставляют показание цифрового табло « mA », равное 050 и с помощью частотомера измеряют частоту несущих колебаний. Результаты проверки считают удовлетворительными, если частота несущих колебаний соответствует значению (5000 ± 100) Гц.

10.4.3.2 Определение относительной погрешности установки дискретных значений частоты модулирующего напряжения синусоидальной формы проводят при установке следующего режима аппарата:

- РОД РАБОТЫ - «1»;
- МОДУЛЯЦИЯ % - «50»;
- диапазон тока пациента – «100»;
- РЕЖИМ «  ».

Подключают приборы, как указано на рисунке 10.1, устанавливают на цифровом табло «mA» ток, равный 50 мА, и измеряют частоты: 30, 50, 80, 100, 150 Гц.

Относительную погрешность установки частоты модулирующего напряжения $\delta f_{\text{мод}}$, в процентах, определяют по формуле

$$\delta f_{\text{мол}} = \frac{f_{\text{мод изм}} - f_{\text{мод}}}{f_{\text{мод}}} \cdot 100, \quad (10.1)$$

где $\delta f_{\text{мод изм}}$ – измеренное значение частоты модулирующего напряжения;

$f_{\text{мод}}$ – установленное значение частоты модулирующего напряжения.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если относительная погрешность частоты модулирующего напряжения не превышает $\pm 10\%$.

10.4.3.3 Определение абсолютной погрешности установки коэффициента модуляции проводят путем измерения осциллографом минимального и максимального размаха модулированного сигнала аппарата на внешней активной нагрузке при следующих режимах аппарата:

- РОД РАБОТЫ - «1»;
- диапазон тока пациента – «100»;

- относительная влажность (60±15) % при температуре воздуха (20±5)°С;
- атмосферное давление (101,3±4) кПа (760±30 мм рт. ст.);
- отклонения напряжения питания от номинального значения ± 2 %.

Перед проведением операции проверки необходимо выполнить подготовительные работы, указанные в разделе «Подготовка к работе», а также:

- подключить проверяемый аппарат и средства проверки к сети переменного тока 220 В, 50 Гц;
- включить приборы и дать им прогреться в течение времени, необходимого для установления рабочего режима, указанного в технических описаниях на них.

10.4 Проведение проверки

10.4.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должны быть проверены требования п. 7.2 руководства. Аппараты, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

10.4.2 Опробование



Опробование аппарата производится по п. 7.5 руководства. Неисправные аппараты бракуются и направляются в ремонт.

10.4.3 Определение технических параметров

10.4.3.1 Измерение частоты несущих колебаний проводят с помощью частотомера ЧЗ-54, при этом активный щупсель кабеля частотомера подключают к гнезду «+» аппарата, а корпусной – к гнезду «-».

К гнездам «+» и «-» аппарата должна быть подключена внешняя нагрузка 240 Ом, и установлен следующий режим работы аппарата:



- РОД РАБОТЫ - «1»;
- МОДУЛЯЦИЯ % - «0».

Регулятор тока пациента «  » устанавливают в крайнее левое положение. Нажимают кнопку «  » переключателя РЕЖИМ.

Кнопкой ТОК ПАЦИЕНТА устанавливают диапазон тока –



8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Проведение процедур


8.1.1 Установите ручку «  » регулятора тока пациента в крайнее левое положение, установите кнопку ЭЛЕКТРОДЫ-КОНТРОЛЬ в положение «  » (отжата), включите питание аппарата. Затем к выходным гнездам аппарата подсоедините соответствующий выбранным электродам кабель, к кабелю подсоедините электроды.

Размер используемых электродов и способы применения для каждого конкретного типа лечения, для которого предназначен данный аппарат, определяет лечащий врач.

После наложения и фиксации электродов на пациенте на передней панели аппарата выберите с помощью кнопок необходимые параметры лечебного воздействия: род работы; режим; длительность серий и пауз; частоту модуляции; коэффициент модуляции и диапазон величины используемого тока пациента; время процедуры для выбранного вида воздействия.



8.1.2 После выбора параметров воздействия нажмите кнопку ЭЛЕКТРОДЫ-КОНТРОЛЬ, при этом должен светиться индикатор ЭЛЕКТРОДЫ, показывающий, что цепь пациента включена. Медленно и плавно поворачивая ручку регулятора тока пациента «  », установите по показаниям цифрового табло «mA» необходимую величину среднеквадратического значения тока. При установке тока пациента следует иметь в виду, что род работы «2» и «5» - это прерывистые воздействия, то есть воздействие токами с перерывами, и приращение показаний табло «mA» при регулировании (установке) тока будет происходить только во время действия тока, а в паузе показание табло «mA» будет равно нулю. Поэтому при воздействиях «2» и «5» поворачивайте ручку «  » только в моменты действия тока (при показаниях табло « mA »).

8.1.3 После установки необходимой величины тока нажмите кнопку ПУСК и убедитесь в прерывистом свечении запятых цифрового табло индикации времени процедуры.

При возникновении звукового сигнала, свидетельствующего об истечении установленного времени процедуры, установите ручку регулятора тока пациента «  » в крайнее левое положение.

При необходимости установите новые параметры воздействия и величину тока и вновь нажмите кнопку

ПУСК
СБРОС

8.1.4 По окончании процедуры установите ручку регулятора тока пациента «  » в крайнее левое положение, установите кнопку ЭЛЕКТРОДЫ-КОНТРОЛЬ в положение «  ». При длительном перерыве между процедурами выключите питание аппарата и отсоедините его от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Нельзя нажимать кнопку ЭЛЕКТРОДЫ-КОНТРОЛЬ при введенном регуляторе тока пациента и подсоединять электроды к кабелю при нажатой кнопке ЭЛЕКТРОДЫ-КОНТРОЛЬ и свечении индикатора ЭЛЕКТРОДЫ.


8.1.5 При пользовании процедурным таймером следует иметь в виду, что устанавливая желаемое время процедуры можно только до нажатия на кнопку


ПУСК
СБРОС

 или после истечения ранее установленного времени процедуры.

При необходимости прекратить процедуру раньше, чем истечет установленное в процедурном таймере время, например, при ошибочной установке и нажатии на кнопку

ПУСК
СБРОС

, произведите следующее: установите ручку регулятора тока пациента в крайнее левое положение, установите кнопку ЭЛЕКТРОДЫ-КОНТРОЛЬ в положение «  », выключите питание аппарата и вновь включите его. Установите желаемые параметры воздействия, нажмите кнопку ЭЛЕКТРОДЫ-КОНТРОЛЬ и введите желаемый ток пациента.

8.1.6 После каждого выключения питания аппарата и повторного его включения установка тока пациента будет возможна только после начальной установки регулятора тока пациента «  » в крайнее левое положение.

в органах государственной метрологической службы.

3 Операции по п. 10.4.4 должны производиться при выпуске аппарата из ремонта.

10.2.2 Технические характеристики средств проверки представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Наименование средств проверки	Требуемые технические характеристики средства проверки		Рекомендуемое средство проверки (тип)	Примечание
	пределы измерения	погрешность		
Частотомер электронно-счетный Осциллограф	10^{-4} –10 с	$5 \cdot 10^{-7}$	ЧЗ-54 или ЧЗ-64	
Осциллограф		$\pm 3\%$ при измерении амплитуды	С1-82	
Осциллограф Микровольтметр	10^{-5} –10 с $10 \cdot 10^{-3}$ –3 В	$\pm 2,5\%$	С1-96 ВЗ-57	
Вольтметр	0–250 В	$\pm 1,5\%$	Э533 или Э545	
Резистор	3Вт-240Ом	$\pm 1\%$	С5-42В	
Индуктивность	0,1 Гн	$\pm 15\%$		
Конденсатор	0,68 мкФ	$\pm 5\%$	К76П-1	
Вольтметр	0–10 В	$\pm 5\%$	ВЗ-40	

10.3 Условия проверки и подготовка к ней

При проведении операции проверки должны соблюдаться следующие условия:

- окружающая температура $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;

Продолжение таблицы 10.1

1	2	3	4	5
10.4.3.5	серий и пауз Определение погрешности установки тока пациента - в диапазоне 0-10 мА; - в диапазоне 0-100 мА	1,2,5,10мА 5, 10, 25, 50, 100 мА		Осциллограф С1-96 Микровольтметр ВЗ-57
10.4.4	Проверка электробезопасности Измерение тока утечки, мА, не более: - без нарушений: - на корпус - на пациента - при единичном нарушении: - на корпус - на пациента Дополнительный ток в цепи пациента, мА, не более: - без нарушений - при единичном нарушении		0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 2,5	Вольтметр ВЗ-40 Вольтметр Э533

Примечания

1 Вместо указанных в таблице средств проверки разрешается применять другие аналогичные, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

2 Средства проверки должны быть исправны и поверены в

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения бесперебойной работы, поддержания эксплуатационной надежности и повышения эффективности использования аппарата.

9.2 При техническом обслуживании необходимо соблюдать правила, изложенные в разделе 6 «УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ».

9.3 Для аппарата устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

- техническое обслуживание при использовании (текущее), выполняемое медицинским персоналом;
- периодическое техническое обслуживание (плановое), выполняемое после истечения гарантийного срока 1 раз в год специалистами предприятий «Медтехники».

9.4 При текущем обслуживании проводят проверку по пунктам подраздела 7.5 настоящего руководства.

9.5 При плановом обслуживании проводят проверку, предусмотренную п. 9.4 настоящего руководства, и дополнительно:

- проверку состояния лакокрасочных и гальванических покрытий;
- проверку состояния монтажа аппарата и его составных частей; при этом проверяют крепление составных частей, состояние контактов, паяк, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы, удаляют грязь и коррозию.

9.6 Допускается объединять работы по проведению планового технического обслуживания и проверке технического состояния.

9.7 После проведения технического обслуживания необходимо сделать запись о его выполнении в журнале.

10 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АППАРАТА

10.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства проверки технического состояния аппарата низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр».

Проверка параметров аппарата проводится не реже одного раза в год специалистами предприятий «Медтехники».

Результаты проверки технического состояния служат основой для принятия решения о необходимости проведения работ по ремонту аппарата.

10.2 Операции и средства проверки

10.2.1 При проведении проверки должны производиться операции и применяться средства проверки, указанные в таблицах 10.1 и 10.2.

Таблица.10.1

Номер пункта раздела	Наименование операции	Проверяемая отметка	Допускаемое значение погрешности или предельное значение определяемого параметра	Средство проверки
1	2	3	4	5
10.4.1	Внешний осмотр			
10.4.2	Опробование			
10.4.3	Определение технических параметров:			
10.4.3.1	Измерение частоты несущих колебаний	5 кГц	± 100 Гц	Частотомер ЧЗ-54 или ЧЗ-64
10.4.3.2	Определение относительной погрешности установки дискретных значений частоты модулирующего напряжения синусоидальной формы	30, 50, 80, 100, 150 Гц	± 10 %	Частотомер ЧЗ-54 или ЧЗ-64
10.4.3.3	Определение абсолютной погрешности установки коэффициента модуляции	25, 50, 75, 100 %	± 15 %	Осциллограф С1-82
10.4.3.4	Определение относительной погрешности длительности	1:1,5; 2:3; 4:6 с	± 10 %	Частотомер ЧЗ-54 или ЧЗ-64