

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ04.Н08745

Срок действия с 07.10.2019 по 06.10.2022

№ 0165990

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ИМ04.000 "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, эт. 5, пом. 1, ком. 29, тел. (499) 641-55-27.

ПРОДУКЦИЯ Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-"КРОНТ" по ТУ 9451-019-11769436-2003.
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008):
32.50.50.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

код ТН ВЭД
8421 39 800 7

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "КРОНТ-М" (АО "КРОНТ-М"). ИНН: 5047004056.
Адрес: Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1. Место производства медицинского изделия см. приложение

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "КРОНТ-М" (АО "КРОНТ-М"). ОКПО: 11769436, ИНН: 5047004056. Адрес: Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1. Телефон (495) 572-84-10.

НА ОСНОВАНИИ Протокол технических испытаний 2019.TD-163.09VP от 20.09.2019 г. ООО ИЛЦ «МедТестПрибор» атт.акк. № РОСС RU.0001.21МП26;
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2011/12132 от 06.06.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции знаком соответствия допускается.



Руководитель органа

эксперт

А.В. Машков
подпись

А.В. Машков

инициалы, фамилия

В.А. Голиков
подпись

В.А. Голиков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0036057

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ИМ04.Н08745

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

| код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--|--|---|
|--|--|---|

Акционерное общество "КРОНТ-М" (АО "КРОНТ-М")

32.50.50.190
8421 39 800 7

Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный
ОРУБн2-01 - «КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003:

Место производства:

- 1) 124489, Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6А, строение 3
- 2) 601445, Владимирская обл., р-н Вязниковский, МО г. Вязники,
(городское поселение), г. Вязники, ул. Металлистов, д. 2.
- 3) 601441, Владимирская обл., р-н Вязниковский, МО г. Вязники,
(городское поселение), г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 118



Руководитель органа

Эксперт

А.В. Машков
подпись
В.А. Голиков
подпись

А.В. Машков

инициалы, фамилия

В.А. Голиков

инициалы, фамилия