

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

CN.C.39.003.A № 52187

Срок действия до 23 августа 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Мониторы прикроватные многофункциональные медицинские "Armed" моделей PC-900s, PC-900sn, PC-900a, PC-9000f, PC-9000b

изготовитель-

Фирма "Shenzhen Creative Industry Co., Ltd." Китай

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 54761-13

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ NON PROGREDI, EST REGREDI P/50.2.049-2005, MN 3280-2010

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 августа 2013 г. № 968

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя Федерального агентства Ф.В.Бульпин

..... 2013 г.

Срок действия до 20 июня 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 июня 2018 г. № 1235

Заместитель Руководителя Федерального агентегва

NON PERSONAL TRANSPORTEDIT