Открытое Акционерное Общество
«Медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина»

НАБОР
СМОТРОВОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

ПАСПОРТ

Н 220 00 00 пс

1. Назначение

Набор смотровой гинекологический предназначен для поставки в районы с умеренным и холодным климатом.
Исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Набор предназначен для специализированной медицинской помощи.

2. Технические данные

Габаритные размеры набора в упаковке (440х220х220) мм
Масса набора не более 3 кг.

3. Комплект поставки

В комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

Таблица

Наименование	Кол-во,шт.
Зеркало влаг.2-х створч.по Куско N1 106мм	2
Зеркало влаг.2-х створч.по Куско N2 114мм	2
Зеркало влаг. 2-х створч. по Куско №3 125мм	2
Зеркало влагалищное по Симсу N3/нер	1
Зеркало-подъемник по ОТТО N2	1
Зонд маточный прямой	2
Катетер женский уретральный N17	1
Корнцанг изогнутый	1
Корнцанг прямой	1
Ложка гинеколог.двухсторонняя	1
Нож-цы с одн.остр.конц.прямые,140мм	1
Ножницы тупоконечные прямые 170мм	1
Пинцет анатом.общ.назнач.ПА 250*2,5	1
Пинцет анатом.общ.назн./нагарт.х.ш/	2
Пинцет гинекол.ПА 240*2.0	1
Пинцет хир.общ.назн./нагар.хол.шт./	1
Шпатель гинекологич.2-х сторон. 205мм	2
Стетоскоп акушерский деревянный	1
Экстрактор ВМС изогнутый,290мм	1
Лента сантиметровая	1
Перчатки резиновые хирургические	10
Стекло предметное	100

4. Сведения о приемке

Набор смотровой гинекологический соответствует ТУ 9437-297-07610776-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

5. Сведения о приемке

Условия хранения 2 (С).
Срок защиты 5 лет при сроке транспортирования до 6 месяцев.
Дата консервации

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации набора - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения набора – 5 лет.

7. Хранение

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от +40°С до -50°С и относительной влажности воздуха 80% при температуре +25°С.
Воздух не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

8. Подготовка к работе

Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации. Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (120±4)°С в течение (45+5) мин.

Изделия, входящие в набор, подвергаются предстерилизационной очистке моющим раствором «Биолот» в следующей последовательности:

1. предварительное ополаскивание под проточной водой в течение (0,5+0,1) мин.
2. замачивания в моющем растворе при температуре (40+5) °С в течение (15+1) мин. при полном погружении.
3. мойка в течение (0,5+0,1) мин.
4. ополаскивание под проточной водой в течение (3+1) мин.
5. ополаскивание дистиллированной водой в течение (0,5+0,1) мин.
6. просушивание горячим воздухом при температуре (85+2-10) °С до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию изделий проводит сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (180+2-10)°С в течение (60+5) мин.

9. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 606120 г. Ворсма, Нижегородская обл., ул. Ленина, 86.