КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ КМ-04
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Медицинские кровати с винтовой регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят: кровать общебольничная, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметров
1. **Габаритные размеры (ВхШхГ)**	**830x975*x2240***
2. Количество секций	**4**
3. Количество регулируемых секций	**3**
4. Размер спинной секции (ДхШ)	**775x905**
5. Размер неподвижной секции (ДхШ)	**215x905**
6. Размер тазобедренной секции (ДхШ)	**375x905**
7. Размер ножной секции (ДхШ)	**535x905**
8. Масса	**72 кг**

Отклонение веса указанного в таблице - ±10%
***Габарит указан с учётом размера бамперов.**

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для продления срока службы кровати рекомендуется производить:
- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций);
- осмотр ножек кровати (надежность их фиксации к раме ложа, самих колёс), проверку надежности крепления спинок.

В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.
Допустимая распределенная нагрузка 250 кг**.**

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.
Кровать общебольничная может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.
Кровать общебольничная устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.
Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре -50°С... +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С.
Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Кровать изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления:_____

Отметка службы качества _____

Редакция 3 от 18.12.2020

КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ КМ-04
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Медицинские кровати с винтовой регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят: кровать общебольничная, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметров
1. **Габаритные размеры (ВхШхГ)**	**830x975*x2240***
2. Количество секций	**4**
3. Количество регулируемых секций	**3**
4. Размер спинной секции (ДхШ)	**775x905**
5. Размер неподвижной секции (ДхШ)	**215x905**
6. Размер тазобедренной секции (ДхШ)	**375x905**
7. Размер ножной секции (ДхШ)	**535x905**
8. Масса	**72 кг**

Отклонение веса указанного в таблице - ±10%
***Габарит указан с учётом размера бамперов.**

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для продления срока службы кровати рекомендуется производить:
- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций);
- осмотр ножек кровати (надежность их фиксации к раме ложа, самих колёс), проверку надежности крепления спинок.

В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.
Допустимая распределенная нагрузка 250 кг**.**

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.
Кровать общебольничная может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.
Кровать общебольничная устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.
Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре -50°С... +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С.
Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Кровать изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления:_____

Отметка службы качества _____

Редакция 3 от 18.12.2020