



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 мая 2019 года

№ ФСР 2010/07819

На медицинское изделие

Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ по ТУ 9451-032-41457390-2010

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
(АО "ГРПЗ"), Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32

Производитель

Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
(АО "ГРПЗ"), Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32

Место производства медицинского изделия

АО "ГРПЗ" - филиал "Касимовский приборный завод", Россия, 391300,
Рязанская обл., г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3

Номер регистрационного досье № РД-26792/20667 от 10.04.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.12.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 31 мая 2019 года № 3911
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0039489

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 мая 2019 года

№ ФСР 2010/07819

Лист 1

На медицинское изделие

Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ по ТУ 9451-032-41457390-2010:

в вариантах исполнения:

1. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ по ТУ 9451-032-41457390-2010 КИУС.942711.008, в составе:

1. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008 - 1 шт.

Принадлежности:

1. Кольцо уплотнительное КИУС.754175.001 - 1 шт.

2. Опора в виде четырёх ввинчивающихся ножек - 4 шт.

3. Шланг наливной - 2 шт.

4. Шланг сливной - 1 шт.

5. Захват КИУС.484135.001 - 1 шт.

6. Тележка КИУС.324156.002 - 1 шт.

7. Корзина КИУС.321541.017-01 - 2 шт.

8. Поддон КИУС.745216.077-01 - 2 шт.

9. Подставка КИУС.745422.142-01 - 1 шт.

10. Кабель интерфейсный - 1 шт.

11. Регистратор видеографический ЭЛИМЕТРО - 1 шт.

12. Принтер - 1 шт.

13. Наконечник - 3 шт.

14. Клемма - 1 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации КИУС.942711.008 РО - 1 шт.

2. Паспорт предохранительного клапана - 1 шт.

3. Паспорт мановакуумметра - 2 шт.

4. Паспорт сосуда КИУС 061634.034 ПС - 1 шт.

5. Инструкция по ремонту - 1 шт.

II. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ по ТУ 9451-032-41457390-2010 КИУС.942711.008-01, в составе:

1. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-01 - 1 шт.

Принадлежности:

1. Кольцо уплотнительное КИУС.754175.001 - 1 шт.;

2. Опора в виде четырёх ввинчивающихся ножек - 4 шт.;

3. Шланг наливной - 1 шт.;

4. Шланг сливной - 1 шт.;

5. Захват КИУС.484135.001 - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 мая 2019 года

№ ФСР 2010/07819

Лист 2

6. Тележка КИУС.324156.002 - 1 шт.;
7. Регистратор видеोगрафический ЭЛМЕТРО - 1 шт.;
8. Наконечник -4 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации КИУС.942711.008-01 РЭ - 1 шт.;
2. Паспорт предохранительного клапана - 1 шт.;
3. Паспорт мановакуумметра - 1 шт.;
4. Паспорт электроконтактного манометра - 1 шт.;
5. Паспорт сосуда КИУС 061634.041 ПС - 1 шт.;
6. Инструкция по ремонту - 1 шт.

III. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ по ТУ 9451-032-41457390-2010 КИУС.942711.008-02, в составе:

1. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-02 - 1 шт.

Принадлежности:

1. Кольцо уплотнительное КИУС.754175.001 - 1 шт.;
2. Опора в виде четырёх ввинчивающихся ножек - 4 шт.;
3. Шланг наливной - 2 шт.;
4. Шланг сливной - 1 шт.;
5. Захват КИУС.484135.001 - 1 шт.
6. Тележка КИУС.324156.002 - 1 шт.
7. Корзина КИУС.321541.017-01 - 2 шт.
8. Поддон КИУС.745216.077-01 - 2 шт.
9. Подставка КИУС.745422.142-01 - 1 шт.
10. Кабель интерфейсный 1 шт.
11. Регистратор видеोगрафический ЭЛМЕТРО - 1 шт.
12. Принтер - 1 шт.
13. Наконечник - 3 шт.
14. Клемма - 1 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации КИУС.942711.008 РЭ - 1 шт.
2. Паспорт предохранительного клапана - 1 шт.
3. Паспорт мановакуумметра - 2 шт.
4. Паспорт сосуда КИУС 061634.034 ПС - 1 шт.
5. Инструкция по ремонту - 1 шт.

IV. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ по ТУ 9451-032-41457390-2010 КИУС.942711.008-03, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Давлюков

0056042

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 мая 2019 года

№ ФСР 2010/07819

Лист 3

1 Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-03

Принадлежности:

1. Кольцо уплотнительное КИУС.754175.001 - 1 шт.
2. Опора в виде четырёх ввинчивающихся ножек - 4 шт.
3. Шланг наливной - 1 шт.
4. Шланг сливной - 1 шт.
5. Захват КИУС.484135.001 - 1 шт.
6. Тележка КИУС.324156.002 - 1 шт.
7. Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО - 1 шт.
8. Наконечник - 4 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации КИУС.942711.008-01 РЭ - 1 шт.
2. Паспорт предохранительного клапана - 1 шт.
3. Паспорт мановакуумметра - 1 шт.
4. Паспорт электроконтактного манометра - 1 шт.
5. Паспорт сосуда КИУС 061634.041 ПС - 1 шт.
6. Инструкция по ремонту - 1 шт.

V. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ по ТУ 9451-032-41457390-2010 КИУС.942711.008-04, в составе:

1 Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-04 - 1 шт.

Принадлежности:

1. Кольцо уплотнительное КИУС.754175.001 - 1 шт.
2. Опора в виде четырёх ввинчивающихся ножек - 4 шт.
3. Шланг наливной - 2 шт.
4. Шланг сливной - 1 шт.
5. Захват КИУС.484135.001 - 1 шт.
6. Тележка КИУС.324156.002 - 1 шт.
7. Корзина КИУС.321541.017-01 - 2 шт.
8. Поддон КИУС.745216.077-01 - 2 шт.
9. Подставка КИУС.745422.142-01 - 1 шт.
10. Кабель интерфейсный - 1 шт.
11. Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО - 1 шт.
12. Принтер - 1 шт.
13. Наконечник - 3 шт.
14. Клемма - 1 шт.

Эксплуатационная документация:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



0056043

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 мая 2019 года

№ ФСР 2010/07819

Лист 4

1. Руководство по эксплуатации КИУС.942711.008 РЭ - 1 шт.
2. Паспорт предохранительного клапана - 1 шт.
3. Паспорт мановакуумметра - 1 шт.
4. Паспорт сосуда КИУС 061634.034 ПС - 1 шт.
5. Инструкция по ремонту - 1 шт.

7

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0056044